

大庆市第二医院

关于部分检验试剂采购项目(第四批次)

第二次招标公告

一、项目基本情况

(一) 项目名称：大庆市第二医院关于部分检验试剂采购项目

(二) 项目编码：DEC2024015

(三) 采购方式：竞争性谈判

(四) 采购规则：本次采购报名供应商满足我院采购需求的条件下，以同质低价中标原则。

二、采购需求

(一) 商务需求：

1、供应商具备独立法人资格和独立承担民事责任能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有良好的履行合同记录；在经营活动中没有重大违法记录；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；具备完善供货及售后服务能力或提供专业技术服务能力。

2、供应商供应试剂具备的资质包括：生产企业生产许可证、医疗器械注册证、医疗器械经营许可证及货品信息证明等。

3、供应商具有行业准入资格，相应资质证件。

4、供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。

5、合同期内按医院采购计划需求及时供货，按实际使用量结款。

6、供应商须具备符合行业标准的冷链运输条件。

7、供应商具备检验设备校准的服务能力。

（二）采购货品明细和采购需求见附表（附件1-6）

三、响应文件格式：

（一）文件要求：一本正本、二本副本均加盖公章，装订成册。

（二）文件封面须有以下内容：

1、谈判公司全称及正本或副本标识。

2、谈判项目名称和谈判文件中的采购项目一致。

3、谈判公司联系人及联系方式。

（三）响应文件内首页应为目录及对应页码（目录中的内容顺序应与响应文件所包含的项目一致）。

四、报名须知：

（一）谈判价格及中标价格均为税后价格。报名需符合资格条件，并提供以下资料：

1、提供有效的企业法人营业执照、开户许可证等复印件并加盖企业公章。

2、法人身份证复印件。

3、委托代理人需提供本人身份证复印件及本项目的法人授权委托书（授权委托书需要法人签字或法人公章）。

4、不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

5、说明：以上报名文件要求全部加盖公章。

（二）六个标段分标段投标（响应供应商满足每个标段全部货品报价）。

（三）报名时间：2024年11月25日10时—2024年11月28日10时（双休日及法定假日除外）。

（四）报名电话：大庆市第二医院 电话：0459-5200399

（五）谈判时间：另行通知。

（六）谈判地点：大庆市第二医院（大庆市红岗区解放一街29号）

（七）谈判代表（法人或法人委托人）请在开标时间前10分钟携带身份证和公章到达会场签到（签到时查验身份证件）。

（八）项目咨询：大庆市第二医院医教科联系电话0459-5201879

五、注意事项：

（一）本项目采购公告发出后，如有变更（如：变更通知、项目暂停通知等），将在“大庆市第二医院官网”告知所有参与本项目的供应商，供应商应主动查看。

（二）响应供应商要详细阅读本公告，符合条件即可报名参与。

附件1：第一标段

序号	试剂名称	规格	单位	预算单价 (元)	配套设备	备注
1	降钙素原检测试剂	25人份 /盒	人份	56.40	飞测免疫荧光检测仪FS-114	

附件2：第二标段

序号	试剂名称	规格	单位	预算单价 (元)	配套设备	备注
1	凝血酶原时间测定试剂盒（液体型）		mL	16.00	全自动凝血分析仪(迈瑞)	凝固法
2	活化部分凝血活酶时间测定试剂盒		mL	32.00	全自动凝血分析仪(迈瑞)	鞣花酸
3	纤维蛋白原测定试剂盒（液体型）		mL	8.00	全自动凝血分析仪(迈瑞)	凝固法
4	凝血酶时间测定试剂盒(液体型)		mL	37.20	全自动凝血分析仪(迈瑞)	凝固法
5	全自动血凝杯		mL	1.60	全自动凝血分析仪(迈瑞)	
6	血凝仪洗针液		mL	3.67	全自动凝血分析仪(迈瑞)	
7	血凝仪清洗液		mL	0.07	全自动凝血分析仪(迈瑞)	
8	D-二聚体测定试剂盒		mL	218.00	全自动凝血分析仪(迈瑞)	免疫比浊法
9	D-二聚体质控品 高值		mL	75.00	全自动凝血分析仪(迈瑞)	
10	D-二聚体质控品 中值		mL	75.00	全自动凝血分析仪(迈瑞)	
11	D-二聚体质控品 低值		mL	75.00	全自动凝血分析仪(迈瑞)	
12	正常值凝血质控品		mL	95.00	全自动凝血分析仪(迈瑞)	
13	异常值凝血质控品		mL	95.00	全自动凝血分析仪(迈瑞)	
14	D-二聚体校准品	磁珠法水平1: 2*1ml 水平2: 2*1ml 水平3: 2*1ml 水平4: 2*1ml 水平5: 2*1ml	mL	75.00	全自动凝血分析仪(迈瑞)	

附件3：第三标段

序号	试剂名称	规格	单位	预算单价（元）	配套设备	备注
1	需氧和兼性厌氧微生物培养瓶	100瓶/箱	瓶	61.75	梅里埃细菌培养仪 型号 BACT/ALERT 3D 60	
2	厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶	100瓶/箱	瓶	61.75	梅里埃细菌培养仪 型号 BACT/ALERT 3D 60	

附件4：第四标段

序号	试剂名称	规格	单位	预算单价（元）	配套设备	备注
1	DIL-A稀释液	20L	mL	0.02	全自动血液分析仪帝迈 DH71CRP	
2	LYA-1溶血剂	500ml	mL	1.82	全自动血液分析仪帝迈 DH71CRP	
3	LYA-2溶血剂	500ml	mL	2.72	全自动血液分析仪帝迈 DH71CRP	
4	LYA-3溶血剂	1L	mL	1.96	全自动血液分析仪帝迈 DH71CRP	
5	探头清洁液	4*50ml	mL	3.00	全自动血液分析仪帝迈 DH71CRP	
6	C反应蛋白检测试剂盒180ml	R1:135ml+R2:45ml	mL	12.09	全自动血液分析仪帝迈 DH71CRP	
7	血细胞分析仪用质控物DM-5D	中值：3ml*1	mL	200.00	全自动血液分析仪帝迈 DH71CRP	光学法
8	血细胞分析仪用校准物DM-CAL-5E	3ml*1	mL	300.00	全自动血液分析仪帝迈 DH71CRP	光学法
9	C反应蛋白校准品	浓度水平1:1*1.0ml	mL	400.00	全自动血液分析仪帝迈 DH71CRP	
10	C反应蛋白校准品	浓度水平2:1*1.0ml	mL	400.00	全自动血液分析仪帝迈 DH71CRP	
11	C反应蛋白校准品	浓度水平3:1*1.0ml	mL	400.00	全自动血液分析仪帝迈 DH71CRP	

附件5：第五标段

序号	试剂名称	规格	单位	预算单价（元）	配套设备	备注
1	细菌测定系统随机体外诊断试剂板	DL-96E	人份	55.00	珠海迪尔细菌鉴定及药敏分析系统 DL-96A	
2	细菌测定系统随机体外诊断试剂板	DL-96NE	人份	55.00	珠海迪尔细菌鉴定及药敏分析系统 DL-96A	
3	细菌测定系统随机体外诊断试剂板	DL-96STAPH	人份	55.00	珠海迪尔细菌鉴定及药敏分析系统 DL-96A	
4	细菌测定系统随机体外诊断试剂板	DL-96STREP	人份	55.00	珠海迪尔细菌鉴定及药敏分析系统 DL-96A	
5	酵母样真菌鉴定药敏板	DL-96FUNGUS	人份	55.00	珠海迪尔细菌鉴定及药敏分析系统 DL-96A	比浊法
6	肠杆菌/氧化酶阴性革兰阴性杆菌鉴定药敏板	DL-120E	人份	65.00	珠海迪尔细菌鉴定及药敏分析系统 DL-96A	比色/比浊法
7	非发酵菌/氧化酶阳性革兰阴性杆菌鉴定药敏板	DL-120NE	人份	65.00	珠海迪尔细菌鉴定及药敏分析系统 DL-96A	比色/比浊法
8	葡萄球菌鉴定药敏板	DL-120STAPH	人份	65.00	珠海迪尔细菌鉴定及药敏分析系统 DL-96A	比色/比浊法
9	链球菌/肠球菌鉴定药敏板	DL-120STREP	人份	65.00	珠海迪尔细菌鉴定及药敏分析系统 DL-96A	比色/比浊法
10	棒状杆菌鉴定药敏试剂盒	DL-120Coryne	人份	65.00	珠海迪尔细菌鉴定及药敏分析系统 DL-96A	比色/比浊法
11	奈瑟菌/嗜血杆菌鉴定药敏试剂盒	DL-120NH	人份	65.00	珠海迪尔细菌鉴定及药敏分析系统 DL-96A	比色/比浊法
12	真菌药敏试剂盒	DL-96Fungus	人份	65.00	珠海迪尔细菌鉴定及药敏分析系统 DL-96A	显色法
13	酵母样真菌鉴定药敏板	DL-96FUNGUS	人份	65.00	珠海迪尔细菌鉴定及药敏分析系统 DL-96A	比浊法
14	灭菌吸头	100支/包	支	1.50	珠海迪尔细菌鉴定及药敏分析系统 DL-96A	

附件6：第六标段

序号	试剂名称	规格	单位	预算单价（元）	配套设备	备注
1	尿液干化学分析质控物	8毫升/只	mL	25.00	迪瑞全自动尿液分析仪N600	
2	尿液分析试纸条	100条/筒	条	2.63	迪瑞全自动尿液分析仪N600	